

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง (laparoscopic) จำนวน ๔ รายการ.....			
งาน.....ห้องผ่าตัด.....กลุ่มงาน/ฝ่าย.....กลุ่มงานศัลยกรรม.....สถาบันมะเร็งแห่งชาติ			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๖๒,๒๔๐.๐๐.....บาท			
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙.....			
เป็นเงิน.....๔๖๒,๒๔๐.๐๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท			
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)			
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๔.๑. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด.....			
๔.๒.....-			
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๑.	นายระวิศักดิ์	จันทร์वासัน	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม
๒.	นางทัศนีย์	สุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ ด้านการพยาบาล
๓.	นางสาวกัญญา	ศรีตะวัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic) จำนวน ๔ รายการ

๑. ใส้ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ชิ้น

ใส้ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร มีแนวตัดเนื้อเยื่อยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ มิลลิเมตร และแนวเย็บยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร หลังจากยิงแล้วตัวเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร เท่ากันทุกตัว

- ใส้เย็บเส้นเลือดและเนื้อเยื่อ เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว
- ตัวใส้เย็บทำด้วยไทเทเนียมหรือดีกว่า ซึ่งทำให้มีความแข็งแรง
- ใส้ตัวเย็บต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร
- ใส้เปลี่ยนมีไม่น้อยกว่า ๖ แฉก เมื่อยิงแล้วจะมีแนวเย็บ ๒ ด้าน แนวตัดตรงกลาง

๒. ใส้ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ชิ้น

ใส้ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร มีแนวตัดเนื้อเยื่อยาวไม่น้อยกว่า ๕๗ มิลลิเมตร และแนวเย็บยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร หลังจากยิงแล้วตัวเย็บมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร เท่ากันทุกตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

- ใส้เย็บเส้นเลือดและเนื้อเยื่อ เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว
- ตัวใส้เย็บทำด้วยไทเทเนียมหรือดีกว่า ซึ่งทำให้มีความแข็งแรง
- ใส้ตัวเย็บต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร
- ใส้เปลี่ยนมีไม่น้อยกว่า ๖ แฉก เมื่อยิงแล้วจะมีแนวเย็บ ๒ ด้าน แนวตัดตรงกลาง

๓. ใส้เปลี่ยนของเครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร ๖ แฉก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ชิ้น

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดและเย็บได้พร้อมกันในคราวเดียว
- ตัวใส้เย็บทำจากไทเทเนียมหรือดีกว่า
- ใส้เปลี่ยนมีไม่น้อยกว่า ๖ แฉก เมื่อยิงแล้วจะมีแนวเย็บ ๒ ด้าน แนวตัดตรงกลาง
- มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร

๔. ไม้เปลี่ยนของเครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร แบบปกติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ชิ้น

ไม้ตัวตัดเย็บสีฟ้า สำหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อทั่วไปที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. เป็นไม้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ในแนวตรง ในการใช้งานต้องบรรจุไม้ลงใน Cartridge Half ของตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อไม่น้อยกว่า ๗๕ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

● ไม้ตัวตัดเย็บเนื้อเยื่อในแนวตรงนี้จะมีร่องสำหรับบรรจุตัวเย็บจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๖ ร่องสำหรับตัวเย็บไม่น้อยกว่า ๗๖ ตัว โดยร่องจะเรียงสับหว่างกันฝั่งละไม่น้อยกว่า ๒ แถว โดยตรงกลางจะมีร่องยาวสำหรับใบมีดวิ่ง เพื่อตัดเนื้อเยื่อซึ่งใบมีดจะมาสิ้นสุดที่หมดปลายร่อง

- ตัวเย็บซึ่งบรรจุในร่องทำด้วยไทเทเนียม
- ไม้ตัวตัดเย็บนี้บรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Pack)
- เครื่องมือบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Sterile Package) และสามารถใช้งานได้ทันที