

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ชื่อสถาบันบรรจุขวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 รายการ.....
.....
- กลุ่มงาน/ฝ่าย งานห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม ส่วนราชการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 480,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 8 มิถุนายน 2560
เป็นเงิน..... 480,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 4.1 บริษัท ฟาโวกา จำกัด.....
- 4.2
.....
- 4.3
.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- 5.1 นายระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ.....
..... ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม.....
- 5.2 นางทัศนีย์ สุทธิ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....
..... ด้านการพยาบาล.....
- 5.3 นางสาวนุจรต ถนนอนาค ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.....

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ จำนวน 2 รายการ

รหัสสินค้า EGIA60AMT EGIA60 Med Thick Sulu

ชื่อผลิตภัณฑ์ ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด 60 ม.ม.
(EGIA60 Med Thick Sulu)

คุณสมบัติ ใช้สำหรับเย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อขนาด 1.5-2.25 ม.ม.

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้ประกอบร่วมกับด้านปืนยิงลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อขนาด 12 ม.ม. แบบปรับมุมได้ (Endo GIA Universal 12 mm Instrument or Endo GIA Universal XL or EGIA Handle Standard or EGIA Handle XL)

2. ตลับบรรจุประกอบด้วย ด้านบรรจุลวดเย็บฝั่งละ 3 แถวจากรอยตัด และด้านปารองพร้อมใบมีดเนื้อเยื่อ

3. นับจากแนวของรอยตัด แต่ละฝั่งบรรจุลวดเย็บมีความสูง 3.0 ม.ม. , 3.5 ม.ม. และ 4.0 ม.ม.

ตามลำดับก่อนการเย็บปิด

4. สามารถเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ยาว 60 ม.ม.

5. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ม.

6. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่สามารถบรรจุลวดเย็บได้อีก

7. มีระบบ Safety Lock ใบมีดไม่สามารถเลื่อนมาตัดเนื้อเยื่อได้อีก เมื่อถูกยิงลวดเย็บไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

8. ตลับบรรจุสีม่วง

9. บรรจุในซองปราศจากเชื้อ