



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือสำหรับตรวจโรค จำนวน 1 รายการ

ผลิตภัณฑ์ ถุงมือสำหรับตรวจโรค

ประเภท ทำจากน้ำยางธรรมชาติ

ชนิด ไม่ปราศจากเชื้อ

ลักษณะ ผิวเรียบ มีแป้ง ม้วนขอบ ไม่เจอสี

ขนาด XS, S, M, L

หัวข้อ	เกณฑ์ที่กำหนดของ มอก.1056-2548	เกณฑ์ที่กำหนดของ ผู้ผลิต	ระดับการ ตรวจสอบ	ระดับการยอมรับ (AQL)	วิธีการทดสอบ
<b>1. มิติ</b>			S-2	4.0	มอก. 1056-2548 ISO 4648
1.1 ความกว้างฝ่ามือ					
ขนาด XS	<80	<80			
ขนาด S	80-85	80 +/-5			
ขนาด M	95-100	95 +/-5			
ขนาด L	110-105	110 +/-5			
1.2 ความยาว					
ขนาด XS, S	ต่ำสุด 220	ต่ำสุด 220			
ขนาด M, L	ต่ำสุด 230	ต่ำสุด 230			
1.3 ความหนา (ชั้นเดียว)					
ผิวเรียบ					
- ที่ปลายนิ้วกลางและ ที่กึ่งกลางฝ่ามือ	ต่ำสุด 0.08	ต่ำสุด 0.08			
- ที่กึ่งกลางฝ่ามือ	สูงสุด 2.00	สูงสุด 2.00			
<b>2. การรั่วซึมน้ำ</b>	ไม่รั่วซึม	ไม่รั่วซึม	G-1	2.5	มอก. 1056-2548
<b>3. คุณสมบัติเกี่ยวกับการดึง</b>			S-2	4.0	ISO 37, ISO 188
3.1 ก่อนบ่มแรง					
- แรงดึงเมื่อขาด (N)	ต่ำสุด 7.0	ต่ำสุด 7.0			
- ความยืดเมื่อขาด (%)	ต่ำสุด 650	ต่ำสุด 650			
3.2 หลังบ่มแรง					
- แรงดึงเมื่อขาด (N)	ต่ำสุด 6.0	ต่ำสุด 6.0			
- ความยืดเมื่อขาด (%)	ต่ำสุด 500	ต่ำสุด 500			