

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ชื่อหัวตรวจเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 2 หัวตรวจ
กลุ่มงาน/ฝ่าย งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ส่วนราชการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 650,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเงิน..... 650,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท ซี.เอ็ม.ซี.ไบโอเทค จำกัด.....
 - 4.2.....
 - 4.3.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายประติรพ ปุณโณทก ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ.....
.....ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา.....
 - 5.2 นางกนกวรรณ ลายประดิษฐ์..... ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ.....
.....ด้านบริการทางวิชาการ.....
 - 5.3 นายรังสรรค์ จุมจวง..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน.....

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหัวตรวจเครื่องอัลตราซาวด์

1. **ความต้องการ** เป็นหัวตรวจสำหรับใช้กับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ซึ่งสามารถทำการตรวจแบบ Doppler ได้ พร้อมคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. **วัตถุประสงค์** ใช้ตรวจอวัยวะภายในเพื่อดูความผิดปกติของช่องท้อง (Abdomen)
3. **คุณสมบัติทั่วไป**
 - 3.1 Electronic Convex Transducer : จำนวน 2 หัวตรวจ
 - ความถี่หลักมีค่าไม่น้อยกว่า 3.5 MHz.
 - สามารถปรับความถี่ได้หลายค่าความถี่
 - ครอบคลุมความถี่ไม่น้อยกว่า 6.0 – 1.9 MHz ใน B-mode
 - สำหรับตรวจช่องท้อง (Abdomen) ที่มุมสแกนไม่น้อยกว่า 70 องศา
4. **เงื่อนไขเฉพาะ**
 - 4.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ
 - 4.2 ผู้ขายรับรองว่ามีอะไหล่ขายในราคาท้องตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - 4.3 หากเกิดการชำรุดขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติและผู้ขายทำการแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ซื้ออาจให้ผู้ขายเปลี่ยนหัวตรวจใหม่ให้ภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม
 - 4.4 บริษัทฯ ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิต