

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..... ชื่อหัวตรวจของเครื่องอัลตราซาวด์ Supersonic จำนวน 1 หัวตรวจ  
กลุ่มงาน/ฝ่าย ..... งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
ส่วนราชการ ..... สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 405,000.00 ..... บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..... 31 มกราคม 2561  
เป็นเงิน ..... 405,000.00 ..... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 4.1 ..... บริษัท บีเจซี เสลท์แคร์ จำกัด
  - 4.2 .....
  - 4.3 .....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 นายประติรพ ..... ปุณโณทก ..... ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
..... ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา
  - 5.2 นางกนกวรรณ ..... ลายประดิษฐ์ ..... ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ  
..... ด้านบริการทางวิชาการ
  - 5.3 นายรังสรรค์ ..... จุมจวง ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง  
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหัวตรวจของเครื่องอัลตราซาวด์ Supersonic

### 1. ความต้องการ

หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี

### 2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เป็นหัวตรวจสำหรับตรวจอวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องท้อง, เต้านม, ไทรอยด์ และหลอดเลือด
- 2.2 เป็นหัวตรวจที่มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน
- 2.3 สายหัวตรวจมีความยาวเพียงพอในการเคลื่อนย้ายขณะใช้งาน
- 2.4 เป็นหัวตรวจชนิด Super Linear Array
- 2.5 มีขนาดความถี่ระหว่าง 4-15 MHz
- 2.6 ความยาวหน้าสัมผัสของหัวตรวจ 50 mm.
- 2.7 สามารถต่อกับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี Supersonic ที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติใช้งานได้

### 3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 ผู้ขายต้องทำการส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- 3.2 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ หากชำรุดหรือเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 3.3 ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้งให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ